



تعيم إداري رقم ٤٤٦٨ (٤٤٦٨) لسنة 2018

MOHAP/O/18/004468

المحترمين
المحترمين
المحترمين
المحترمين

السادة / مدراء المناطق الطبية
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
السادة / الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة

تحية طيبة وبعد ،،،

م/ تحذير من استخدام المنتج المقلد للوسيلة الطبية
SURGICAL SNoW Hemostat Products
Johnson and Johnson
للشركة المصنعة:

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم(4) لسنة 1983 بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.
 وعلى القرار الوزاري رقم (366) لسنة 2010 بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية.
 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

نود أن نلفت انتباهكم بأن الشركة المصنعة جونسون انڈ جونسون قد عثرت على منتج مقلد لمنتجها المذكور أعلاه، ويتم استخدامه
 للسيطرة على النزيف بعد الجراحة، في احدى مستشفيات الدولة، والتي لا تحمل رقم تشغيل المنتج الأصلي.

وفيما يلي مواصفات المنتج المقلد:

اسم المنتج	رقم التشغيل	رقم المنتج
SURGICAL SNoW Hemostat Products	KHB4431	2083

وعليه توصي وزارة الصحة بسحب وعدم تداول او استخدام المنتج المقلد المذكور اعلاه.

وفي حالة وجود أي استفسار بخصوص التحذير يرجى التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: ٢٣٠١٤٤٨ - ٠٤ أو فاكس ٢٣٠١٩٤٧ - ٠٤ أو البريد الإلكتروني: @moh.gov.ae
 ونفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

د. أمين حسين الأميركي
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص
رئيس اللجنة الوطنية لبيقظة الدوائية



الموقر ..
الموقر ..
المحترم ..

نسخة لـ : صدر ببيان علم الوزارة/البيه بتاريخ :
معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالي / رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة - دبي
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي
سعادة / مدير إدارة ملاحة الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير إدارة التكين والامتثال الصحي
سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير ادارة الدواء