



التاريخ: 20/5/8/6  
الرقم: ٢٠١٥/٩٨٦

المحترمين  
المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
تحية طيبة وبعد،

م/تقارير السلامة للوسائل الطبية

**0.9Percent Sodium Chloride Injection, USP  
Baxter International**

نشكركم على تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد قامت بسحب تشغيله واحدة من المنتج المذكور أعلاه، والحاملة للرقم: (C964601) وتاريخ الإنتهاء (2016/30/04)، وذلك بسبب خطر احتمالية تسرب محلول وجود جسيمات دقيقة فيها وفقدان الجزء الذي يحمي تلوث المنتج، مما قد يتسبب في حدوث تجلط في الدم، التهاب وريدي، حساسية، أو إصابات خطيرة أخرى مثل الانسداد في الأوعية الدموية. وللمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm456793.htm>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم. وفي حال حدوث أو ملاحظة أي علامات تخص سلامة المنتج يرجى الاتصال على الأرقام التالية: هاتف: ٢٣٠١٤٤٨ - ٠٤ أو فاكس: ٢٣٠١٩٤٧ - ٠٤ أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر ببيان عام الوزارة/ دبى بتاريخ: 2015/8/  
نسخة:

- المعالي / وزير الصحة
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبوظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مديرية إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء

