



التاريخ: 2015/8/16
الرقم: د / 2015/985

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
تحية طبية وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
Symbiq Infusion System
للشركة المصنعة: Hospira

نشكركم على تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحذيرا بعدم استخدام الجهاز المذكور أعلاه واستخدام مضخات بديلة، وذلك لأن الشركة المصنعة قد توقفت عن تصنيع وتوزيع المضخة المذكورة أعلاه. علما بأن نظام المضخة Symbiq يمكن الوصول إليها من خلال الشبكة الإلكترونية للمستشفى عن بعد، والتي تسمح للمستخدم غير المصرح له السيطرة على الجهاز وتغيير جرعة الدواء من المضخة، وبالتالي زيادة أو نقصان في مقدار الجرعة التي تصل الى المريض مما قد يتسبب في حدوث أضرار صحية خطيرة للمريض. وللمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm456832.htm>

علما بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم. وفي حال حدوث أو ملاحظة أي علامات تخص سلامة المنتج يرجى الاتصال على الأرقام التالية: هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/ دبي بتاريخ: 2015/8/
نسخة:



. المحترم ،،
. المحترم ،،
. المحترم ،،
. المحترم ،،
. المحترم ،،
... المحترم ،،
. المحترم ،،
. المحترم ،،
. المحترمة ،،

• معالي / وزير الصحة
• سعادة / وكيل وزارة الصحة
• سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
• سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
• سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
• سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
• سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
• سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
• سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
• سعادة / مديرة إدارة الدواء

مدير ادارة الدواء