



التاريخ: 2015/8/16  
الرقم: د 2015/985

المحترمين  
المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
تحية طيبة وبعد،

م/تقارير السلامة للوسائل الطبية  
Symbiq Infusion System  
Hospira للشركة المصنعة:

نشكركم على تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحذيراً بعدم استخدام الجهاز المذكور أعلاه واستخدام مضخات بديلة، وذلك لأن الشركة المصنعة قد توقفت عن تصنيع وتوزيع المضخة المذكورة أعلاه. علماً بأن نظام المضخة Symbiq يمكن الوصول إليها من خلال الشبكة الإلكترونية للمستشفى عن بعد، والتي تسمح للمستخدم غير المصرح له السيطرة على الجهاز وتغيير جرعة الدواء من المضخة، وبالتالي زيادة أو نقصان في مقدار الجرعة التي تصل إلى المريض مما قد يتسبب في حدوث أضرار صحية خطيرة للمريض. وللمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm456832.htm>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم. وفي حال حدوث أي ملاحظة أي علامات تخص سلامة المنتج يرجى الاتصال على الأرقام التالية: هاتف: 2301448 - 04 أو فاكس: 2301947 - 04 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميركي  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر ببيان عام الوزارة/ دبي بتاريخ: 2015/8/  
نسخة:

. المحترم ..  
. المحترم ..

معالي / وزير الصحة  
سعادة / وكيل وزارة الصحة  
سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي  
سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - دبي  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية  
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة  
سعادة / مدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية  
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة  
سعادة / مديرية إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء

