



التاريخ: ٢٨ / ١١ / ٢٠١١

تعميم إداري رقم (١٩) لسنة ٢٠١١

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
المحترمين
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
المحترمين
السادة الأفاضل / مدراء الصيدليات الخاصة
المحترمين

الموضوع : تحذير من استخدام بعض تشغيلات

Caverject Powder for Solution for Injection 5,10, 20 and 40mcg
مصنعة من شركة (Pfizer Limited) البريطانية والوكيل المعتمد الصيدلانية الحديثة

نود أن نلفت انتباهكم الى أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) والشركة
المصنعة قد أصدرت تحذيرا حول استخدام المستحضر المذكور أعلاه والحاملة للتركيز والأرقام التالية:

- 5mcg S09374, S10860, X01053
- 10mcg S05468 , X00818
- 20mcg S06366, S10579
- 40mcg S05555 , S06370 , S11050 , X01054 , X02880

وذلك بسبب إنسداد الإبر الموجودة في علبة تلك المستحضرات، والمصنعة من شركة Becton Dickinson .
كما يرجى العلم بأنه لم يتم تأثر أي من الدواء (chamber 10 or 20 mcg) أو المحلول (solvent) المستخدم له
بهذه المشكلة.

وعليه توصي إدارة التسجيل والرقابة الدوائية ممارسي الرعاية الصحية لإتخاذ الإجراءات اللازمة والتوقف عن
استخدام الإبر المذكورة إن وجدت لديكم. علما بأنها مسجلة بوزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حالة وجود أي استفسار يرجى إبلاغ إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية على:

هاتف: ٦٤٢ / ٦١١٧٣٩١ - ٠٢ أو ٦١١٧٣١٨ - ٠٢ أو فاكس ٦٣١٣٧٤٢ - ٠٢ أو البريد الإلكتروني pv@moh.gov.ae

إن هذا التحذير موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية لتابعة مرضاهم .

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص



نسخة لكل من:

معالّي / وزير الصحة
سعادة / وكيل وزارة الصحة
سعادة / المدير العام لوزارة البيئة والمياه
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبوظبي
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
سعادة / المدير العام لهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
سعادة / المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة /مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

www.moh.gov.ae