



تعميم إداري رقم (160) لسنة 2015

السادة / مدراء المناطق الطبية
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
السادة / الأطباء والصيدالة ومساعدى الصيدالة
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة
المحترمين
المحترمين
المحترمين
المحترمين

الموضوع: إضافة تحذيرات على منتجات حشو الانسجة الرخوة: Soft Tissue Fillers

نود أن نلفت انتباهكم الى أن ادارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحذيرا على منتجات حشو الانسجة الرخوة وذلك لأنها قد تتسبب في حدوث آثار جانبية نادرة ولكن خطيرة وذلك عند حقنها الغير مقصود بالأوعية الدموية في الوجه، كانسداد الأوعية الدموية والحد من تدفق الدم إلى الأنسجة، وأحيانا يتم انتقال مواد الحشو إلى أجزاء أخرى من الجسم مما قد يتسبب في ضعف الرؤية، العمى، السكتة الدماغية وتلف انسجة الوجه. وتشمل مواقع الحقن التي تتسبب في انسداد الأوعية الدموية في كثير من الأحيان: الجلد بين الحاجبين والأنف وحول الأنف والجبهة وحول العينين. علما بأن مواد الفيلرز هي مواد مرنة شبه سائله أو جيلاتينية أو شحميه تحقن تحت الجلد والهدف منها تحسين البشرة وإزالة التجاعيد ومعالجة الخدود الجلدية ونفخ الشفتين أو الوجنتين وعليه توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الصحة بالتالي:

1. على شركات الأدوية المنتجة لهذه المستحضرات تعديل التحذيرات والآثار الجانبية في النشرة الداخلية لتشمل المخاطر المذكورة أعلاه.
2. على ممارسي الرعاية الصحية أخذ الاحتياطات اللازمة عند حقن الفيلرز، والتي تشمل:
 - عدم حقن الفيلرز في الأنسجة الرخوة إلا بعد الحصول على التدريب أو الخبرة الكافية.
 - توخي الحذر الشديد عند حقن مواد الفيلرز فمثلا لا بد ان تتم عملية الحقن ببطء وتطبيق أقل قدر من الضغط اللازم.
 - ابلاغ المريض بجميع المخاطر المحتملة قبل اجراء الحقن وكافة المعلومات عن المنتج المستخدم
 - التوقف فورا عن حقن الفيلرز عند حدوث أي أعراض مرتبطة بالحقن في الأوعية الدموية، مثل التغيرات في الرؤية، وعلامات السكتة الدماغية، وايضاض في الجلد، أو ألم غير عادي أثناء أو بعد فترة وجيزة من الحقن.
 - ابلاغ المريض بالتماس الرعاية الطبية الفورية في حال ظهور اعراض مصاحبة للحقن في الاوعية الدموية المذكورة أعلاه

