



التاريخ: 2015/8/2
الرقم: 2015/1973/د

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
تحية طبية وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
3M ESPE Lava Ultimate CAD/CAM Restorative
للشركة المصنعة: 3M ESPE Dental

نشكركم على تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد قامت طوعياً بسحب المنتج المذكور أعلاه، والمستخدم في العلاجات المتعلقة بالأسنان، وذلك لتغيير دواعي استعمال المنتج، والتغييرات تشمل النقاط التالية:

1. حذف استخدام المنتج لأعراض " **crown** " وذلك بسبب إزالة المادة اللاصقة (debonding) بمعدل أعلى من المتوقع، وبالتالي عدم المطابقة مع المعايير العالية للجودة والأداء.

2. دواعي الاستعمال تشمل: (**veneers restoratives و onlays ، inlays**)

وللمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

http://www.3m.com/3M/en_US/Dental/Products/Lava-Ultimate/

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم. وفي حال حدوث أي أعراض تخص سلامة المنتج يرجى الاتصال على الأرقام التالية:
هاتف: 04/2301477 او فاكس: 02/6520604 او البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/ دبي بتاريخ: 2015/8/2
نسخة:



الموقر
.. المحترم ،،
.. المحترمة ،،

- معالي / وزير الصحة
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مديرة إدارة الدواء

7 مدير ادارة الدواء