التاريخ: 2016-10-17
الرقم: د/ 2285/ 2016

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية **المحترمين**
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة **المحترمين**
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
Ohio Infant Warmer Systems
Manufacturer: Ohmeda
المصنعة من شركة (GE Healthcare.) الأمريكية

انطلاقا من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن شركة جنرال الكتريك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيرا بخصوص المنتج المذكور أعلاه، وذلك بسبب احتمالية تسخين مسامير السخان الرئيسي وسقوطها على سرير الرضيع مما قد يتسبب في إصابة بدنية للرضيع. وقد تم الإبلاغ عن إصابتين نتيجة لهذه المشكلة.

وسوف تقوم الشركة المصنعة بالتواصل مع مورديها لتصحيح الخطأ.

المنتجات المتأثرة تشمل الأرقام التالية: (Model 2001 IWS (International), 3000 IWS, 3050 IWS, 3100 IWS, 3150 IWS, 3300 IWS, 3500 IWS, 4000 IWS, 4300 IWS, 4400 IWS, 5000 IWS.)

و انما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

ملاحظة: الجهاز المذكور أعلاه آمن للاستخدام ولم يتم سحبه من الاسواق ولكن يجب أخذ الاحتياطات اللازمة حين استخدامه.

وفي حالة وجود أي ملاحظات تخص سلامة المنتج يرجى التواصل على الأرقام التالية:
هاتف: 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني: pv @moh.gov.ae
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/ادبى بتاريخ :
نسخة لـ :

معالي / وزير الصحة و وقاية المجتمع	الموقر
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئه الصحه – دبي	الموقر ،،،
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة – أبو ظبي	المحترم ،،،
سعادة / وكيل وزارة الصحة و وقاية المجتمع	المحترم ،،،
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات	المحترم ،،،
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية	المحترم ،،،
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة	المحترم ،،،
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبى الطبية	المحترم ،،،
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة	المحترم ،،،
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي	المحترم ،،،
سعادة / مدير إدارة الدواء	المحترم ،،،

مدير ادارة الدواء