



رقم: أرد/

التاريخ: ٢٠١١/٥/٥

تعليم إداري رقم (١٥) لسنة ٢٠١١

المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية

المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة

المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء الصيدليات الخاصة

الموضوع : تحذير من استخدام التشغيلة من المستحضر

Technescan LyoMAA powder for injection, lot no. 303233
(Mallinkrodt Medical B.V. / Covidien, The Netherlands)


نود أن نلفت انتباكم بأن الشركة المصنعة (Covidien) قد قامت طوعا بسحب التشغيلة المذكورة للمنتج أعلاه، وذلك بسبب وجود جزيئات دقيقة من الزجاج داخل عبوات المستحضر، كما تم إبلاغنا بوجود المستحضر داخل الدولة.

و عليه توصي الوزارة بعدم استخدام التشغيلة المذكورة للمنتج أعلاه ان وجد لديكم، علما بأن المنتج غير مسجل لدى ادارة التسجيل والرقابة الدوائية.

في حالة وجود أي استفسار يرجى إبلاغ إدارة التسجيل والرقابة الدوائية على:

هاتف: ٦١١٧٣٩١ - ٠٢ - ٦١١٧٦٤٢ أو فاكس ٢ - ٦٣١٣٧٤٢ أو البريد الإلكتروني pv@moh.gov.ae

إن هذا التحذير موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية لمتابعة مرضاهم .



د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص

مدبرة إدارة التسجيل والرقابة الدوائية

نسخة لكل من:

الموقر	معالي/ وزير الصحة
المحترم	سعادة / وكيل وزارة الصحة
المحترم	سعادة / المدير العام لوزارة البيئة والمياه
المحترم	سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
المحترم	سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
المحترم	سعادة / المدير العام لهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
المحترم	سعادة / المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
المحترم	سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
المحترم	سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
المحترم	سعادة/ مدير الأغذية والصحة/قسم البيئة والصحة دبي
المحترمة	سعادة / مديرية إدارة التسجيل والرقابة الدوائية