



MA-119/11

التاريخ: ١٠/١١/٢٠١١

تعميم إداري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠١١

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
السادة الأفاضل / مدراء الصيدليات الخاصة
المحترمين
المحترمين
المحترمين

الموضوع : تحذير من استخدام شرائط اختبار الجلوكوز:

ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSE STRIPS (05144418019)

والحاملة للتشغيلية رقم (23429531) 019(2012-03)

من إنتاج شركة (Roche Diabetes)

والوكيل المعتمد شركة Pharmatrade

نود أن نلفت انتباهكم بأنه قد تم إبلاغنا من قبل الشركة فارماتريد Pharmatrade ، الوكيل المعتمد للوسيلة الطبية المذكورة أعلاه بأن التشغيلية المذكورة قد دخلت الدولة من خلال طرق غير قانونية، وقد تكون مخزنة بطريقة غير صحيحة مما تترتب عليها نتائج غير دقيقة لمستوى الجلوكوز، مما يؤدي الى خطأ في التشخيص والعلاج للمرضى مستخدمى المنتج المذكور أعلاه.

وعليه توصي الوزارة بالتوقف عن استخدام التشغيلية المعيبة إن وجدت لديكم، علما بان المنتج غير مسجل لدى ادارة التسجيل والرقابة الدوائية.

في حالة وجود أي استفسار يرجى إبلاغ إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية على:

هاتف: ٠٢ - ٦١١٧٣٩١ أو ٠٢ - ٦١١٧٦٤٢ أو فاكس ٠٢ - ٦٣١٣٧٤٢ أو البريد الإلكتروني pv@moh.gov.ae

إن هذا التحذير موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية لتابعة مرضاهم .

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص

نسخة لكل من:

معالي / وزير الصحة
سعادة / وكيل وزارة الصحة
سعادة / المدير العام لوزارة البيئة والمياه
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبوظبي
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
سعادة / المدير العام لهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
سعادة / المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير الأغذية والصحة/قسم البيئة والصحة دبي
سعادة / مدير إدارة الإعلانات الصحية
سعادة / مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية
سعادة / مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

الموقر
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترمة
المحترمة

www.government.ae