



التاريخ: ٢٠١٠/٧/١٣

تعميم إداري رقم (٨٩/د) لسنة ٢٠١٠

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية المحترمين
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة المحترمين
السادة الأفاضل / مدراء الصيدليات الخاصة المحترمين

الموضوع : تحذير من استخدام بعض تشغيلات

Omnipaque 300mg/ml & 350mg/ml Vial

نود أن نلفت انتباهكم الى ما وردنا من من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربي حول تحذير عن وجود بعض التشغيلات للمستحضر المذكور أعلاه وبالتشغيلات التالية:

Omnipaque 350mg/ml Vial			Omnipaque 300mg/ml Vial		
رقم التشغيلة	م	تاريخ الانتهاء	رقم التشغيلة	م	تاريخ الانتهاء
11100149	١	28/2/2013	11121906	١	15/3/2013
11138753	٢	28/2/2013	11106813	٢	8/3/2013
11109597	٣	28/2/2013	11118531	٣	15/3/2013
11103029	٤	28/2/2013	11118224	٤	15/3/2013
11100145	٥	28/2/2013	11120642	٥	15/3/2013
11095469	٦	28/2/2013	11123176	٦	15/3/2013
			11109596	٧	15/3/2013
			11136472	٨	15/3/2013
			11110924	٩	8/3/2013
			11109591	١٠	8/3/2013

مصنعة من شركة GE Healthcare Ireland والوكيل المعتمد شركة صيدلية المدينة وذلك لوجود فتحات أو تشققات في العيوات الزجاجية مما يؤثر على عقامة المستحضرات.

Several batches were found to have cracks and pores in the vials, which affect the sterility of the product.

و عليه توصي وزارة الصحة باتخاذ المزيد من الحذر عند استخدام هذه المنتجات، كما يرجى إبلاغ إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية عن وجود أي عينة يوجد فيها نفس الخلل، ليتسنى للإدارة عمل اللازم بهذا الشأن.

في حالة وجود أي استفسار يرجى إبلاغ إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية على:

هاتف: ٦١١٧٣٩١ - ٠٢ أو ٦١١٧٣١٨ - ٠٢ أو فاكس: ٦٣١٣٧٤٢ - ٠٢ أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

إن هذا التحليل موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية لتابعة مرضاهم .

د. أمين حسين الأميري
المدير التنفيذي للممارسات الطبية والترخيص

نسبة لكل من:

مسالي/ وزير الصحة

محترم / المدير العام لوزارة الصحة

محترم / المدير العام لبيئة الصحة - أبو ظبي

محترم / المدير العام لبيئة الصحة - دبي

محترم / المدير العام لوزارة البيئة والبيئة

محترم / المدير العام لبيئة الامارات للمرافق والمقاييس

محترم / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة

محترم /مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

www.government.ae