

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF HEALTH
OFFICE OF THE CEO FOR
MEDICAL PRACTICE AND LICENSE



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الصحة
مكتب المدير التنفيذي
لشئون الممارسات الطبية والتراخيص

التاريخ: ٢٠١٠/٧/١٥

تعيم اداري رقم (٩٣/د) لسنة ٢٠١٠

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل / الأطباء العاملين في القطاع الحكومي والخاص
السادة الأفاضل / الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي والخاص
الجمهور الكرام

م/ تحذير من استخدام الوسيلة الطبية

Baxter Healthcare -USA لشركة Colleague Volumetric infusion pumps

غير المسجلة في الدولة

نود أن نلفت انتباهم إلى أن السلطات الصحية الدولية ومنها ادارة الغذاء والدواء الامريكية قد قامت بسحب ٢٠٠ ألف من الجهاز المذكور في أمريكا من انتاج شركة Baxter Healthcare الأمريكية لوجود مشاكل في التصنيع مما يجعلها غير مطابقة للمواصفات العالمية. وعليه توصي وزارة الصحة ممارسي الرعاية الصحية والجمهور لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتوقف عن استخدام الجهاز اذا وجد لديهم. علما بأنها غير مسجلة بوزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حالة وجود أي استفسار أو تعرضك لأى أعراض جانبية للمستحضرات الطبية ، يرجى إبلاغ إدارة التسجيل والرقابة الدوائية على:
هاتف ٦٦١١٧٣٩١ -٠٢ أو ٦٦١١٧٣١٨ -٠٢ أو فاكس ٢٦٣١٣٧٤٢ أو البريد الإلكتروني katya.nabeel@moh.gov.ac
ان هذا التحذير موجه الى جميع ممارسي الرعاية الصحية لمتابعة مرضائهم.

د. أمين حسين بن الأميركي
المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص

نسخة لكل من:

الوزير	معالي/ وزير الصحة
المعتزم	سعادة / المدير العام لوزارة الصحة
المحترم	سعادة / المدير العام لمدينة الصحة - أبوظبي
المحترم	سعادة / المدير العام لمدينة الصحة - دبي
المحترم	سعادة / المدير العام لوزارة البيئة والمياه
المحترم	سعادة / المدير العام لمدينة الامارات للمواصفات والمقاييس
المحترم	سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/ القوات المسلحة
المحترمة	سعادة / مديرية إدارة التسجيل والرقابة الدوائية