



التاريخ: ٢٠ / ١٤ / ٢٠١٧
الرقم: ١٥٥٥ / ١٥٥٥

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طبية وبعد،
و صد الميا

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
3M Wet or Dry Cast Padding Rolls
والمصنعة من قبل شركة 3M Health Care, USA

إنطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، و بالاشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد قامت بسحب مجموعة من التشغيلات للمنتج المذكور أعلاه، والمستخدم كضمادات للجروح، وذلك بسبب تسرب السوائل من الضمادات فيصبح الجلد تحت الضمادة مبلول وقد يؤدي الى تلوث ميكروبي أو بكتيري.
فيما يلي قائمة بالأرقام المعيبة:

WDP2	792920, 793090, 793640 & 796078
WDP3	792921, 793098, 793638, 796077 & 798487
WDP4	792922, 793116, 793637, 796079, & 798488
WDP6	792923, 793636, 798489, 799235 & 799236

علماً بأن هذا المنتج غير مسجل في إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية بوزارة الصحة و لكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.
وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الإستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع <http://www.cpd-pharma.ac> ، أو الإتصال على العناوين التالية:
هاتف: 6117391 - 02 أو 6117642 - 02 أو فاكس 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص



المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترم
المحترمة

• سعادة / وكيل وزارة الصحة
• سعادة / وكيل وزارة البيئة والمياه
• سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
• سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
• سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
• سعادة/ مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية

إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية
نسخة: