



MOHP17007025\_O

التاريخ: 2017 - 6 - 29

المحترمين  
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
تحية طيبة وبعد،

**م/م / تقارير السلامة للوسائل الطبية**  
**BVM (Bag-Valve-Mask) manual resuscitation systems**  
**إنتاج الشركة البريطانية Intersurgical**

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، و بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الوكالة الأوروبية للأدوية والمنتجات الصحية قد اصدرت تحذيراً عند استخدام الوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والمستخدم كوسيلة للإنعاش اليدوي، وذلك بسبب مشكلة في التصنيع، حيث قد يصبح الصمام عالقاً أثناء التخزين، وقد يؤدي إلى عدم وصول الجرعة المطلوبة الى المريض في الحالات الحرجة، وبالتالي تأخير العلاج. وعليه توصي الوكالة الأوروبية بالتالي:

1. التعرف وتحديد جميع الأجهزة المتضررة.
  2. البحث عن أجهزة بديلة لاستبدال المنتجات المتأثرة واتباع الإرشادات الواردة في دليل المنتج الى أن تتوفر الأجهزة البديلة.
  3. الحجر الصحي على الأجهزة المتضررة والاتصال بالشركة المصنعة لاستبدالها.
- المزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://www.gov.uk/drug-device-alerts/bvm-bag-valve-mask-manual-resuscitation-systems-risk-of-delay-to-emergency-treatment>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت التشغيلية المذكورة لديكم. وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/الذي بتاريخ \_\_\_\_\_

نسخة لـ:

- معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
- معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
- سعادة / مدير إدارة الدواء

- الموثر
- ..الموثر
- ..المحترم
- ..المحترم
- ..المحترم
- ..المحترم
- ..المحترم
- ..المحترم
- ..المحترم
- ..المحترم
- ..المحترم
- ..المحترم



مدير إدارة الدواء

Handwritten signature