



التاريخ: 2017/3/18

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
المحترمين المحترمين
تحية طيبة وبعد،

م / تقارير السلامة للوسائل الطبية

BD Plastipak Syringe, Catheter tip with Luer slip adaptor 100ml
Catalogue Number: 300305
من إنتاج شركة (BD Medical) البريطانية

إنطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، و بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قامت طوعاً بسحب جميع التشغيلات للمنتج المذكور أعلاه، حيث أن مدة صلاحية المنتج 5 سنوات، وقد تبين اختبارات الثباتية بأن هناك تسرب من سدادة المنتج بعد سنتين من تصنيعه والتي قد يؤدي الى تأخير و انخفاض في الجرعة التي يتناولها المريض.

و للمزيد من المعلومات عن هذا التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://mhra.filecamp.com/public/file/2jyu-913rejud>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع <http://www.cpd-pharma.ae> هاتف: 2301448 - 04 أو فاكس 2301947 - 04 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميركي
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



صدر بديوان عام الوزارة/ادبي بتاريخ 2017/3/18

نسخة :
معالي / وزير الصحة وقاية المجتمع

معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي

سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - ابوظبي

سعادة / وكيل وزارة الصحة وقاية المجتمع

سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات

سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية

سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة

سعادة / مدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية

سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة

سعادة / مدير إدارة التكين والامتنال الصحي

سعادة / مدير إدارة الدواء