



MOHP17005245_O

تعيم اداري رقم ٥٢٤٥ لسنة ٢٠١٧

- | | |
|---|-----------|
| السادة / مدراء المناطق الطبية | المحترمين |
| السادة / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة | المحترمين |
| السادة / الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة | المحترمين |
| السادة / مدراء الصيدليات الحكومية وخاصة | المحترمين |

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم(4) لسنة 1983م بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.
و على القرار الوزاري رقم (366) لسنة 2010م بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول
المنتجات الدوائية والطبية.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
تقرر:

م/ سحب تشغيله من الوسيلة الطبية:

SoluPrep QD Swab Lot Number: 16260

من إنتاج شركة

3M Canada
New Medical Centre

نلتفت انتباه جميع المخاطبين بهذا التعيم بأن الشركة المصنعة قد قامت طوعاً بسحب تشغيله من المنتج المذكور
أعلاه، وذلك بسبب خطأ مطبعي لرقم التشغيل على الكرتونة الخارجية للمنتج حيث تقرأ (16260) ولكن يجب
أن تكون (16268). علماً بأن رقم التشغيل على علبة المنتج صحيحة. وهذا الخطأ لا يؤثر على جودة المنتج.
كما أن المنتج مسجل في إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعليه تقرار الآتي:
على الوكيل المعتمد سحب التشغيل المذكورة أعلاه من أسواق الدولة.
للمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63032r-eng.php>

وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 2301448 - 04 أو فاكس: 2301947 - 04 أو البريد الإلكتروني:

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر ببيان علم الوزارة/ائي، بتاريخ ٢٢-٥-٢١

نسخة ١:

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع

معالي / رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة - دبي

سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - أبوظبي

سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع

سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية

سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة

سعادة / مدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية

سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة

سعادة / مدير إدارة التكنولوجيا والابتكار الصحي

سعادة / مدير إدارة الدواء

