



MOHP17008145_O

تعميم إداري رقم (8145) لسنة 2017

المحترمين
المحترمين
المحترمين
المحترمين
السادة / مدراء المناطق الطبية
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
السادة / الأطباء والصيدالة ومساعدي الصيدالة
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة
تحية طيبة وبعد

الموضوع: سحب عدد من التشغيلات من الوسيلة الطبية

**Cartridge Holders In Certain Novopen Echo® Insulin Delivery Devices
للشركة المصنعة: Novo Nordisk**

نود أن نلفت انتباهكم الى أن ادارة الغذاء والدواء الأمريكية قد اصدرت تحذيرا بأن الشركة المصنعة (Novo Nordisk) قد قامت طوعا بسحب عدد من التشغيلات من الوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والمستخدمه لعلاج مرضى السكري، لأنها قد تتكسر عندما تتعرض لبعض المواد الكيميائية كمواد التنظيف. حيث أن استخدام أجهزة توصيل الأنسولين المكسورة قد تؤدي إلى توصيل جرعة مخفضة من الأنسولين الى المريض وبالتالي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. علما بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وقد أكدت الشركة المصنعة بعدم وجود التشغيلات المتأثرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولمزيد من المعلومات عن التشغيلات المتأثرة يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني:

<https://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm565936.htm>

وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/دبي بتاريخ 23/7/2017
نسخة ل:



الموقر
..الموقر
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير ادارة الدواء