



MOHP17014320_O

التاريخ: 26/11/2017

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
Plum 360 Infusion Pump
إنتاج الشركة Hospira Inc., A Pfizer Company

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد أصدرت تحذيراً بخصوص الوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والمستخدم كعضة لتوصيل الأدوية والوسائل الى المريض، وذلك بسبب توقف مفاجئ في العضة أثناء العلاج، مما قد يتسبب في التأخير في العلاج. وعليه توصي الشركة المصنعة بالاتصال فوراً بمندوب الشركة (ICU Medical) لتصحيح المشكلة وليس هناك حاجة لاسترجاع العضة.

للمزيد من المعلومات عن (ICU Medical) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://www.icumed.com/support/customer-communication.aspx>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية



صدر بديوان علم الوزارة/دبي، بتاريخ 26/11/2017

نسخة لـ:

- معالى / وزير الصحة ووقاية المجتمع
 - معالى / رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة - دبي
 - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
 - سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
 - سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
 - سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
 - سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
 - سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
 - سعادة / مدير إدارة الدواء
- الموثر
..الموثر
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم
..المحترم

مدير إدارة الدواء

Handwritten signature