



MOHP18000216_O

تعميم إداري رقم (216) لسنة 2017

السادة / مدراء المناطق الطبية المحترمين
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة المحترمين
السادة / الأطباء والصيادلة ومساعدى الصيادلة المحترمين
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة المحترمين

تنبيه و تحذير من الاستخدام الغير القانوني للحقن السيليكون

نلفت انتباه جميع المخاطبين بهذا التعميم بأن ادارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحذيرا لممارسي الرعاية الصحية والمستهلكين عن استخدام حقن سيليكون، والتي يتم تسويقها كذبا بأنها معتمدة من ادارة الغذاء والدواء الأمريكية، لغرض تعزيز حجم الأرداف، الثدي وأجزاء الجسم الأخرى. حيث قد تؤدي الى حدوث إصابات خطيرة وتشوه لا رجعة فيه. وعلية توصي وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعدم استخدام هذه المنتجات قبل التأكد من سلامتها وأمنيتها. كما أوضحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ان الاستخدام الوحيد المسموح به لحقن السيليكون هو زيت السيليكون المستخدم بشكل محدود داخل العين (Intraocular ophthalmic).

لمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm584517.htm>

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع

http://www.cpd-pharma.ae ، أو الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv @moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية



الموقر
..الموقر ،،
..المحترم ،،

صدر بديوان عام الوزارة / دبي، بتاريخ :
نسخة لـ:

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
سعادة / مدير إدارة الدواء