



MOHP18001452\_O

التاريخ: 2018-1-30

المحترمين  
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: تقارير السلامة للوسائل الطبية**  
**Volcano s5i/CORE/CORE Mobile systems with software v3.5**  
**من انتاج شركة: Philips Volcano**

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد أصدرت تحذيراً حين استخدام البرنامج للوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، وذلك لأنها قد تعطي نتائج خاطئة. و عليه توصي الشركة المصنعة مستخدمى الجهاز بأنه عند استخدام البرنامج، إذا ظهر على الشاشة تنبيه (warning) فيجب اختيار الزر "إلغاء" أو "X". فإذا قمت باختيار الزر "السماح بالوصول" فإنه يؤدي إلى نتائج خاطئة. و عليه فيجب ابلاغ الشركة لتصحيح المشكلة.

فيما يلي مواصفات التشغيلات المتأثرة:

تاريخ الصنع	رقم الجهاز	اسم المنتج
2016/3/23	807400001	Volcano imaging system s 5i
	400-0100.01	Core mobile imaging system (120V)
	400-0100.01-R	Core mobile imaging system Refurbished
	400-0100.07	Core mobile imaging system (240V)
	400-0100.07-R	Core mobile imaging system Refurbished
	400-0100.08	Core mobile imaging system (100V)
	400-0100.08-R	Core mobile imaging system Refurbished
	400-0100.02	Core imaging system

علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج المذكور أعلاه يرجى التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: 2301448-04 أو فاكس 2301947-04 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية



صدر بديوان عام الوزارة/دبي بتاريخ :

نسخة لـ :

- معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
- معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
- سعادة / مدير إدارة الدواء

- الموقر
- ..الموقر،،،
- ..المحترم،،،
- ..المحترم،،،
- ..المحترم،،،
- ..المحترم،،،
- ..المحترم،،،
- ..المحترم،،،
- ..المحترم،،،
- ..المحترم،،،
- ..المحترم،،،
- ..المحترم،،،

مدير ادارة الدواء