



الرقم: أورد/

التاريخ: 2011/13

تعميم إداري رقم (٤٧ <) لسنة 2011

المحترمين
المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
السادة الأفاضل / مدراء الصيدليات الخاصة

م/ شركة فرنسية تنتج سيليكونا فاسدا للنساء والمصنعة من شركة (Poly Implants Prothèses) الفرنسية

نود أن نلفت انتباهكم بأن الوكالة الفرنسية لسلامة المنتجات الصحية (afssaps) قد أصدرت تحذيرا بسحب جميع حشوات السيليكون المصنعة من الشركة المذكورة أعلاه، وبناءا عليه أوصت وزارة الصحة الفرنسية بإجراء عمليات جراحية لـ30 ألف امرأة خضعن لعملية زرع مادة السيليكون المعيبة في أثنائهن لإزالة تلك المادة كإجراء احترازي. حيث قد تم الإبلاغ عن حالات نوع نادر من الورم الليمفاوي والإصابة بالسرطان بسبب عملية زرع السيليكون في الثدي. كما قد تكون هناك مخاطر تتعلق بعمليات الزرع كحدوث تمزقات في المادة الهلامية وتأثيرها القوي المهيج لأنسجة الجسم والذي يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب مما يجعل إزالتها أمرا صعبا.

وعليه توصي وزارة الصحة ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج أعلاه ومراجعة مرضاهم لإجراء عمليات جراحية لإزالة مادة السيليكون المعيبة، علما بان المنتج غير مسجل لدى ادارة التسجيل والرقابة الدوائية.

في حالة وجود أي استفسار يرجى إبلاغ إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية على:

هاتف: 6117391 - 02 أو 6117642 - 02 أو فاكس: 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني pv@moh.gov.ae

إن هذا التحذير موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية لمتابعة مرضاهم .

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والترخيص



قسم البقطة الدوائية و المعلومات الدوائية و السموم
نسخة لكل من:

الموقر
المحترم
المحترم

معالي/ وزير الصحة
سعادة / وكيل وزارة الصحة
سعادة / وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية
سعادة / المدير العام لوزارة البيئة والمياه
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
سعادة / المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
سعادة / المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير الأغذية والصحة/قسم البيئة والصحة دبي
سعادة / مدير إدارة الإعلانات الصحية
سعادة /مديرة إدارة التسجيل و الرقابة الدوائية
سعادة/ رئيس اللجنة المركزية لإدارة الإمداد والتزويد الطبي. gov.ae