



التاريخ: ٢٠١٥/٨/٢  
الرقم: ٤٧٦٥/٢

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

**1. TransWarmer infant transport mattress**

**2. NovaPlus TransWarmer infant heat therapy mattress with WarmGel**

**3. Infant heel warmer**

**CooperSurgical: للشركة المصنعة:**

نشكركم على تعاوينكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) قد قامت بسحب المنتجات المذكورة أعلاه، وذلك لأنها قد تسبب حرائق خطيرة في حال استخدام المنتجات المذكورة بعد تاريخ انتهاءها، ولذلك فقد نوهت الوكالة بضرورة ارجاع و سحب جميع التشغيلات للمنتجات المذكورة في حال كانت منتهية الصلاحية او في حال عدم وجود تاريخ انتهاء على المنتج.

وللمزيد من المعلومات عن التحذير يرجى مراجعة الموقع الالكتروني:

<https://www.gov.uk/drug-device-alerts/transwarmer-infant-transport-mattress-novaplus-transwarmer-infant-heat-therapy-mattress-with-warmgel-infant-heel-warmer-risk-of-serious-burn>

علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم. وفي حال حدوث أي أعراض تخص المنتج يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

هاتف: ٠٤/٢٣٠١٤٧٧ أو ٠٢/٦٥٢٠٦٠٤ فاكس: ٠٢/٦٣١٧٣٥٧ أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



صدر بديوان عام الوزارة / دبي بتاريخ: ٢٠١٥/٨/٢  
نسخة:

- معالي / وزير الصحة
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / مدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / مدير التنفيذ لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مديرية إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء