



المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

Improper assembly of GE Healthcare T2100 and T2000

Treadmill power cords

الشركة المصنعة GE Healthcare

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل الصالح العام، ونود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد أصدرت تحذيرا بخصوص استخدام المنتجين المذكورين أعلاه، وذلك لأن الأسلاك الكهربائية الموصلة مباشرة بـ T2100 و T2000 قد لا تكون موصلة وفقا للمواصفات الجيدة. وعدم توصيلها بالشكل الصحيح قد يؤدي الى حدوث صدمة كهربائية للمريض أو مستخدمين الجهاز. وبناءا عليه توصي شركة GE جميع مستخدمين المنتجين المذكورين أعلاه بأخذ الاحتياطات التالية:

1. إجراء اختبارات التسرب الشهرية بواسطة أشخاص مؤهلين ومدربين بعد التنظيف الداخلي للجهاز، وإذا كانت نتائج اختبارات التسرب الشهرية غير مقبولة يجب عدم استخدام الجهاز والاتصال بمندوب الشركة لإصلاح المشكلة.
 2. يجب أن تستمر الصيانة الروتينية على النحو المذكور في كتيب الخدمة للمنتجين T2100 T2000 .
- علما بأن هذين المنتجين غير مسجلين في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدا لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الإستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع

<http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الإتصال على العناوين التالية:

هاتف: 6117391 - 02 أو 2301477 - 04 أو فاكس: 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/ دبي بتاريخ: 13/05/2015
نسخة:



- معالي / وزير الصحة
 - سعادة / وكيل وزارة الصحة
 - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
 - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
 - سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
 - سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
 - سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
 - سعادة / مديرية إدارة الدواء
- .. المحترم ،،
.. المحترمة ،،

مدير إدارة الدواء