



التاريخ: 7 - 12 - 2015  
الرقم: 1604 / 2015

المحترمين  
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
تحية طبية وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

G5 Ventilator

من انتاج شركة (Hamilton) الأمريكية

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن ادارة الغذاء والدواء الامريكية والشركة المصنعة قد قاموا بسحب الجهاز المذكور أعلاه، والمستخدم كجهاز للتنفس الصناعي في المرضى من الأطفال والكبار، وذلك بسبب خلل في التصنيع قد يؤدي الى قطع التهوية على المريض، مما قد يتسبب في نقص الأوكسجين في الدم وارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون الشرياني. وعليه توصي ادارة الغذاء والدواء الامريكية جميع مستخدمين الجهاز متابعة تعليمات الجهاز والتأكد من عدم انقطاع التهوية عن المريض، كما يجب الاتصال بالشركة المصنعة لتصحيح المشكلة.

وللمزيد من المعلومات عن سحب المنتج المذكور اعلاه يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/ListofRecalls/ucm471717.htm>

علما بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الإستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع

، أو الإتصال على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: [pv@moH.gov.ae](mailto:pv@moH.gov.ae)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/دبي بتاريخ: 2015/ /  
نسخة:



- معالي / وزير الصحة
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مديرة إدارة الدواء

مدير ادارة الدواء

د. أمين حسين الأميري