



التاريخ: ٢٠١٢/٠٢/٢٨  
الرقم: ٢٨ / ابوظبي

المحترمين  
المحترمين

السادة الأقاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأقاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للمستحضرات الطبية

Lactated Ringers and 5 Percent Dextrose Injection, 1000 ML,  
(Hospira Inc.)

إنطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك وحرصاً على الصحة العامة، نود إعلامكم بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحذيراً بسحب تشغيل واحدة للمنتج المذكور أعلاه ، **تشغيلة رقم: 05-019-JT** والتي تنتهي تاريخ صلاحيتها 1 مايو 2013 ، وذلك لأنها تحتوي على جسيمات من العفن، مما قد تسبب في حدوث تجلط في الدم، التهاب وريدي، تجمُّع الدم أو التهابات خطيرة في المرضى المستخدمين للمنتج.

وعليه توصي وزارة الصحة ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام التشغيلة المذكورة، إن وجدت لديكم. علماً بأن هذا المنتج غير مسجل في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة وإنما حرصنا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة بإبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملء الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الوصلة <http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الإتصال على العنوانين التالية:  
هاتف: 6117391 - 02 أو 6117642 - 02 أو فاكس: 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)  
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص



المحترم  
المحترم  
المحترم  
المحترم  
المحترمة

مدير إدارة التسجيل والرقابة الدولية

نسخة:

- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / وكيل وزارة البيئة والمياه
- سعادة / مدير عام هيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / مدير عام هيئة الصحة - دبي
- سعادة/ مدير إدارة التسجيل و الرقابة الدولية