



التاريخ: 2015/9/28
الرقم: 2015/1236/ >

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
تحية طبية وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
High Pressure Stopcocks

المصنعة من شركة (ArcRoyal, Inc; Cordis; Johnson & Johnson) الأمريكية

نشكر لكم تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد قامت طوعا بسحب جميع تشغيلات الوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والتي تحمل الأرقام التالية: 001914-12-002022-12-002023-12-002024-12، وذلك بسبب وجود ثقب في الغلاف الخارجي للمنتج مما يؤثر على عقامة المنتج.

علما بأن هذه المنتجات قد تم استيرادها الى دولة الإمارات العربية المتحدة ولكنها غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم. وفي حالة وجود أي ملاحظات تخص سلامة المنتج يرجى التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: 04/2301477 او 02/6520604 فاكس: 02/6317357 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



صدر بديوان عام الوزارة/ دبي بتاريخ: 2015/9/28
نسخة:

- معالي / وزير الصحة
 - سعادة / وكيل وزارة الصحة
 - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
 - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
 - سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
 - سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
 - سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
 - سعادة / مدير إدارة الدواء
- الموقر
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،

مدير إدارة الدواء