



التاريخ: 2015/9/13
الرقم: د / 3 / 1113 / 2015

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
تحية طبية وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

**EVair accessory compressors for the Engström Carestation, Engström Pro, and
CARESCAPE R860 ventilators.**
والمصنعة من قبل شركة imtmedical AG- GE Healthcare, USA

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن شركة جنرال الكترينك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيراً بخصوص المنتجات المذكورة أعلاه، وذلك بسبب حدوث احتكاك محتمل فيما بين الكابلات والأنابيب الداخلية والتي قد تؤدي إلى عدم قدرة الضاغط (compressor) في إخراج الهواء المضغوط، مما قد يتسبب في زيادة وصول نسبة الأكسجين الى المريض.

وسوف تقوم الشركة المصنعة بالتواصل مع مورديها لتصحيح الخطأ.

علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم. وفي حالة وجود أي ملاحظات تخص سلامة المنتج يرجى التواصل على الأرقام التالية: هاتف: 04/2301477 او فاكس: 02/6520604 فاكس: 02/6317357 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/ دبي بتاريخ: 2015/9/13
نسخة:

الموقر
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترمة ،،

● معالي / وزير الصحة
● سعادة / وكيل وزارة الصحة
● سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
● سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
● سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
● سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
● سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
● سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
● سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
● سعادة / مديرة إدارة الدواء

مدير ادارة الدواء