



MOHAP/O/18/008344

التاريخ: 2018/04/04

المحترمين  
المحترمين  
المحترمين  
المحترمين

السادة/ مدراء المناطق الطبية  
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
السادة / الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيدلة  
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة

تحية طبية وبعد،،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية  
**HARMONIC ACE+ Shears**  
**with Adaptive Tissue Technology, 23 cm & 36 cm**  
**من انتاج شركة (ETHICON (Johnson & Johnson)**

بداية يهديكم قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص اطيب التحيات ونتقدم إلى مقام سعادتكم بالشكر والتقدير على جهودكم الطبية والخيرة والتواصل الدائم المثمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد قامت بسحب عدد من التشغيلات للوسائل الطبية المذكورة أعلاه، والتي تستخدم في العمليات الجراحية المتعددة بما في ذلك تشريح، تخثر، انسداد وانتقال الأنسجة، وذلك بسبب خلل في التصنيع قد يتسبب في تنشيط مستمر أو غير مقصود للجهاز وتؤدي الى اضرار ميكانيكية او حرارية لأنسجة المريض. وقد أفادتنا الشركة المصنعة بأن ثلاث تشغيلات متأثرة تم توزيعها في الدولة وهي: (P9139N, P93R6V& P93R4G). وسوف تقوم الشركة بسحبها من أسواق الدولة. علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولكن حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت التشغيلات المتأثرة لديكم. لمزيد من الاستفسارات الرجاء التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: 2301448-04 أو فاكس: 2301947-04 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)  
كما يمكنكم الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني:

<http://www.mohap.gov.ae/en/OpenData/Pages/default.aspx>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. أمين حسين الأميري  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص  
رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية



نسخة لـ:

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع  
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي  
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية .  
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة  
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية  
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي  
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة  
سعادة / مدير إدارة التمكين والامثال الصحي  
سعادة / مدير إدارة الدواء  
الموقر ..  
المحترم ..  
المحترم ..  
المحترم ..  
المحترم ..  
المحترم ..  
المحترم ..  
المحترم ..  
المحترم ..  
المحترم ..  
المحترم ..

مدير إدارة الدواء

د.ح.ا