



التاريخ: 2015/11/11
الرقم: 2015/1402/د

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
تحية طبية وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

Testicular implants and inflatable vaginal stents

للشركة المصنعة **Coloplast A/S** الدنماركية

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل الصالح العام، ونود إعلامكم بأن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) قد أصدرت تحذيرا بتعليق تسجيل وعدم استخدام جميع تشغيلات المنتجات المذكورة أعلاه، وذلك بسبب وجود جزيئات على سطح بعض هذه الوسائل الطبية. فيما يلي أرقام الوسائل الطبية المعنية:

1. Testicular implants, product codes: PR3001, PR3002, PR3003, PR3004, PR3005
2. Vaginal stents – inflatable, product codes: VS3020, VS3022, VS3024, VS3026

للمزيد من المعلومات حول التحذير المذكور أعلاه يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://www.gov.uk/drug-device-alerts/testicular-implants-and-inflatable-vaginal-stents-temporary-suspension-of-the-ce-certificate>

علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حالة وجود أي ملاحظات تخص سلامة المنتج يرجى التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/ دبي بتاريخ: 2015/11/11
نسخة:



.. المحترم ،،
المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،

- معالي / وزير الصحة
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مديرة إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء