



MOHP17008146_O

التاريخ: 2023 / 7 / 20

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
Unomedical high concentration oxygen masks
للشركة المصنعة ConvaTec

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA)، قد قامت بسحب عدد من التشغيلات للوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والمستخدمة كأقنعة للأكسجين، وذلك بسبب قطع أنابيب المنتج من قناع الأكسجين أثناء الاستخدام، مما قد يتسبب في حدوث نقص وصول الأكسجين الى المريض.
للمزيد من المعلومات عن التشغيلات المتأثرة والتحذير يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://www.gov.uk/drug-device-alerts/unomedical-high-concentration-oxygen-masks-specific-lots-risk-of-hypoxia-as-the-tubing-can-disconnect-from-the-oxygen-mask>

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.
وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/دبي، بتاريخ 2023 / 7 / 20
نسخة لـ:



معالى / وزير الصحة ووقاية المجتمع
معالى / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبوظبي
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
سعادة / مدير ادارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
سعادة / مدير ادارة التمكين والامتثال الصحى
سعادة / مدير ادارة الدواء

مدير ادارة الدواء