



التاريخ: 2015/9/13
الرقم: 2015 / 1116 / د

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
تحية طبية وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

**Centricity PACS IW with Universal Viewer versions 5.0 through 5.0 SP7 and
Centricity Universal Viewer version 6.0
والمصنعة من قبل شركة GE Healthcare, USA**

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن شركة جنرال الكتريك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيراً بخصوص المنتجات المذكورة أعلاه، وذلك بسبب مشكلة في الجهاز قد تؤثر على فقدان الصور الإشعاعية. فعندما يتم تعيين نظام " MapRoute " إلى عدد أكبر من 1 ، قد لا تظهر كل الصور ويحتمل أن تكون صورة واحدة أو أكثر مفقودة من الفحص.

وسوف تقوم الشركة المصنعة بالتواصل مع مورديها لتصحيح الخطأ.

علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم. وفي حالة وجود أي ملاحظات تخص سلامة المنتج يرجى التواصل على الأرقام التالية: هاتف: 04/2301477 او فاكس: 02/6520604 أو البريد الإلكتروني: pv @moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بديوان عام الوزارة/ دبي بتاريخ: 2015/9/13
نسخة:



الموقر
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترم ،،
.. المحترمة ،،

- معالي / وزير الصحة
- سعادة / وكيل وزارة الصحة
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- سعادة / مديرة إدارة الدواء

مدير ادارة الدواء

etc