



التاريخ: 2016/3/7
الرقم: 2016/4681د

المحترمين
المحترمين

السادة الأفاضل / مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للمستحضرات الطبية

سحب عدد من التشغيلات للمنتج: (FMC7 FITC (CE-IVD)
للشركة المصنعة (BD) Becton, Dickinson and Company

نشكركم على تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد قامت طوعا بسحب عدد من التشغيلات من المنتج المذكور أعلاه، والمستخدم كجهاز للكشف وتشخيص الاضطرابات الدموية، تشمل:

اسم المنتج: FMC7 FITC (CE-IVD) Catalog Number: 332786	رقم التشغيلة	تاريخ الانتهاء
	10-31-2015	4217505
	10-31-2015	4255539
	03-31-2016	4356888
	03-31-2016	5034663
	06-30-2016	5138959

وذلك بسبب انخفاض نسبة فعالية الكاشف من 100 % الى 87 % ، مما يؤثر على النتائج التي ستظهر للمرضى حيث سيؤدي الى نتائج منخفضة عند التحليل علما بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.

وفي حالة وجود أي ملاحظات تخص سلامة المنتج يرجى التواصل على الأرقام التالية:
هاتف: 6117391 - 02 أو 2301477 - 04 أو فاكس 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



صدر بديوان عام الوزارة/ابوظبي بتاريخ: 2016/3/7
نسخة:

- .. المعالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
- .. المعالي لرئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
- .. سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- .. سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- .. سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- .. سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- .. سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- .. سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- .. سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلح
- .. سعادة / مديرة إدارة الدواء
- .. الموقع
- .. الموقع
- .. المحترم
- .. المحترم
- .. المحترم
- .. المحترم
- .. المحترم
- .. المحترم
- .. المحترمة

مدير ادار الدواء

att