



MOHAP/O/18/008973

المحترمين  
المحترمين

السادة/ مدراء المناطق الطبية  
السادة / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
السادة / الأطباء والصيدالة ومساعدى الصيدالة  
السادة / مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة

تحية طبية وبعد،،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

**EIF-000256 – Various Arrow Products**  
**من انتاج شركة Arrow International c/o Teleflex Medical**

بداية يهديكم قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص اطيب التحيات ونقدم إلى مقام سعادتكم بالشكر والتقدير على جهودكم الطبية والخيرة والتواصل الدائم المثمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد قامت بسحب عدد من المنتجات المذكورة أعلاه، والتي تستخدم في العناية المركزة، والتي تم تصنيعها من شهر يناير إلى ديسمبر 2017، وذلك بسبب عدم ضمان عقامتها مما قد تؤدي الى انتقال العدوى. فيما يلي قائمة بأسماء الأجهزة المتضررة:

EIF-000256 – Various Arrow Products	
ARROWg+ard Blue PLUS® Pressure Injectable CVC Kit	Epidural Needle
Micron Flat Epidural Filter	Extension Line Slide Clamps
Luer-Slip Loss of Resistance Syringe	Large Volume Abdominal Paracentesis Kit
Catheter Clamp with Fastener	MAC Two-Lumen CVC
Radiopaque Polyurethane Sheath/Dilator,	Maximal Barrier Drape
ARROW JACC	Multi-Lumen CVC Kit
Arrow PICC®	Peel Away Sheath over Dilator
Arrow-Clarke Pleura-Seal Thoracentesis Kit	Percutaneous Sheath Introducer Kits
Arrow-Flex Percutaneous Sheath Introducer Kit	PICC Catheter Trimmer
ARROWg+ard Blue PLUS CVC Kit,	Prep Tray with Maximal Barrier Precautions
ARROWg+ard Blue MAC	Pressure Injectable ARROWg+ard Blue PLUS(R) CVC Kits
ARROWg+ard Blue® PSI Kit	PSI Kits
Arrow-Johans™ ECG Adapter	Radial Arterial Kits
Arterial Catheterization Kits	Sheath Adapter with Cath-Gard®
Catheter Hemostasis Valve	SnapLock™ Catheter/Syringe Adapter
Clear Fenestrated Drape with Adhesive	Spring Wire Guide Introducer Needles
Continuous Nerve Block Needle	TheraCath Epidural Catheter
Echogenic Introducer Needle	VPS Rhythm ECG Accessory Packs
VPS TipTracker Stylet Accessory	



سنة



لمزيد من المعلومات عن تحذير السحب والتشغيلات المتأثرة يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:

<https://mhra.filecamp.com/public/file/2s64-i5fnh20g>

علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولكن حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت الأجهزة المتأثرة لديكم.  
لمزيد من الاستفسارات الرجاء التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: 2301448 - 04 أو فاكس: 2301947 - 04 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

كما يمكنكم الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني:

<http://www.mohap.gov.ae/en/OpenData/Pages/default.aspx>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. أمين حسين الأميري  
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص  
رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية



نسخة لـ:

..الموقر ،،  
..الموقر ،،  
..المحترم ،،  
..المحترم ،،  
..المحترم ،،  
..المحترم ،،  
..المحترم ،،  
..المحترم ،،  
..المحترم ،،  
..المحترم ،،  
..المحترم ،،  
..المحترم ،،

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع  
معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي  
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع  
سعادة / مدير عام دائرة الصحة - أبو ظبي  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية  
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة  
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية  
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي  
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة  
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي  
سعادة / مدير إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء

Handwritten signature/initials