



MOHP17006545_O

التاريخ: 2017 / 6 / 15

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طيبة وبعد،

م/ سحب تشغيلية واحدة من الوسيلة الطبية
BD Vacutainer Plus Serum Separator Tube
إنتاج الشركة Becton Dickinson

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد قامت طوعاً بسحب تشغيلية واحدة للوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، والتي تحمل الرقم: **6166824** وتنتهي صلاحيتها بتاريخ: **2017/31/12**، والمستخدم كأنبوب جمع الدم، وذلك بسبب وجود جسيمات صغيرة في أنبوب التشغيلية المتأثرة.

علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت التشغيلية المذكورة لديكم. وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على العناوين التالية:

هاتف: **04- 2301448** أو فاكس **04- 2301947** أو البريد الإلكتروني: **pv @ moh.gov.ae**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص



صدر بديوان علم الوزارة/دبي بتاريخ 2017 / 6 / 15

نسخة لـ:

- معالى / وزير الصحة ووقاية المجتمع
 - معالى / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
 - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
 - سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
 - سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
 - سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
 - سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
 - سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
 - سعادة / مدير إدارة الدواء
- الموقر
..الموقر...
..المحترم...
..المحترم...
..المحترم...
..المحترم...
..المحترم...
..المحترم...
..المحترم...
..المحترم...
..المحترم...
..المحترم...
..المحترم...

مدير إدارة الدواء